ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Wykaz próbek **PAKIET NR 1**

……..
nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa

Cewniki, zgłębniki, sondy, dreny, koreczki

LP	ASORTYMENT	J.M.	Wymagana ilość próbek do oceny jakości	Ilość dostarczonych próbek *
60.	Sonda pediatryczna do żywienia rozm. 6 i 8 FR/50 cm Sonda silokonowa, wykonana z medycznego PCV, nie zawierającego ftalanów. Oznaczniki długości co centymetr od 5 do 25 cm. Sonda wyposażona w nasadkę z zatyczką, przezroczysta, z paskami kontrastującymi w RTG	szt.	**3**	
61.	Sonda pediatryczna do żywienia rozm. 6 i 8 FR/50 cm Sonda silokonowa, wykonana z medycznego PCV, nie zawierającego ftalanów. Oznaczniki długości co centymetr od 5 do 25 cm. Sonda wyposażona w nasadkę z zatyczką, przezroczysta, z paskami kontrastującymi w RTG	szt.	**3**	

* - wypełnia Wykonawca

Sposób i miejsce złożenia próbek opisano na stronie nr 2 SIWZ

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ - Wykaz próbek PAKIET NR 4

……..
nazwa i adres Wykonawcy
pieczęć firmowa

rękawice i fartuchy ochronne do przygotowania, rozpuszczania i podawania leków cytostatycznych

LP	ASORTYMENT	J.M.	Wymagana ilość próbek	Ilość dostarczonych próbek *
1.	Rękawice bezlateksowe, bezpudrowe, **niesterylne**, posiadające odporność na przesiąkanie płynnych substancji chemicznych i cytostatycznych, dł. min. 290 mm, spełniające wymagania norm PN-EN 455 i PN-EN 374-2,3 lub ASTM F739-96, szczelność potwierdzona AQL nie więcej niż 1,5, posiadające znak CE, **rozm. XS, S, M, L** - ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od potrzeb	szt.	**- w rozm. XS – 10 szt.** **- w rozm. S – 10 szt.** **- w rozm. M – 10 szt.** **- w rozm. L – 10 szt.**	- w rozm. XS – **……... szt.** - w rozm. S – **……... szt.** - w rozm. M – **……... szt.** - w rozm. L – **……... szt.**
2.	Rękawice bezlateksowe, bezpudrowe, **sterylne**, posiadające odporność na przesiąkanie płynnych substancji chemicznych i cytostatycznych, dł. min. 240 mm, spełniające wymagania norm PN-EN 455 i PN-EN 374-2,3 lub ASTM F739-96, szczelność potwierdzona AQL nie więcej niż 1,5, posiadające znak CE, **rozm. od 6,5 do 8,5** - ilości w poszczególnych rozmiarach w zależności od potrzeb	para	**- w rozm. 6,5 – 5 pary** **- w rozm. 7,5 – 5 pary** **- w rozm. 8,5 – 5 pary**	- w rozm. 6,5 – **……... pary** - w rozm. 7,5 – **……... pary** - w rozm. 8,5 – **……... pary**
3.	Fartuch ochronny przeznaczony do przygotowania i podawania cytostatyków - nieprzemakalny, - posiadający specjalne nacięcie dla bezpiecznego ściągania, - przeznaczony do kontaktu z lekami do chemioterapii, - posiadający badania na brak przenikania substancji chemicznych, - mankiet z zaczepem na kciuk, - rozmiar uniwersalny, - ochrona wg PN-EN 374-2 lub ASTM F1670 i F1671, - zarejestrowany jako wyrób medyczny, - spełniający wymagania norm PN-EN 374-3 lub ASTM F379-96.	szt.	**5**	

* - wypełnia Wykonawca

Sposób i miejsce złożenia próbek opisano na stronie nr 2 SIWZ

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej