



KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII

UL. RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

NIP 634-22-99-376 REGON 276201240

tel. 32 42 00 100 fax. 32 25 14 533

e-mail: szpital@kco.katowice.pl



K.C.O./AT/ZL/ZP/AS/ 1804 / 19

Katowice, dnia 03.12.2019 r.

Zapytania do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczanie materiałów do sterylizacji
oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 88/2019

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, że wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zapytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1

„Czy Zamawiający wymaga by substancja wskaźnikowa testu była nałożona na wskaźnik w sposób warstwowy oraz nierównomierny, imitując tym samym realne zabrudzenia znajdujące się na narzędziach procesowanych w myjni-dezynfektorze?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 9 poz. 1

„Czy Zamawiający wymaga aby test kontrolował skuteczność mycia z czterech różnych kierunków?”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 9 poz. 3

„Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (10C)?, oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 4 – dot. Pakietu nr 9

„Czy Zamawiający wymaga uchwytów w postaci otwieranego klipsa, nieuszkodzającego substancji testowej podczas umieszczania wskaźnika?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 2 poz. 5,6,7

„Czy zamawiający wymaga potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną certyfikatu?, na którym znajduje się nazwa, kod, oraz parametry zaoferowanego produktu.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

[Handwritten signature]

Zapytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 2 poz. 3

„Czy Zamawiający wymaga by substancja wskaźnikowa testu zabezpieczona była zabezpieczona laminatem? Zgodnie z zaleceniami wskaźniki, które stosowane są wewnątrz pakietów powinny posiadać zabezpieczenie, które uchroni sterylizowane narzędzia przed kontaktem z substancją chemiczną.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

DYREKTOR
Katowickiego Centrum Onkologii

lek. med. Włodzimierz Migacz



Śląskie.

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego.

Z-ca DYREKTORA

d/s Pielęgniarskiej i Onkologii

M. Ciastek