



Katowickie Centrum Onkologii



ul. RACIBORSKA 26 40-074 KATOWICE

http:// www.kco.katowice.pl

e-mail: szpital@kco.katowice.pl

Tel. 32 2511-761

Fax. 32 2514-533

K.C.O./AT/ZL/ZP/GP/ 563 / 2020

Katowice dnia 29.04.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie detektorów półprzewodnikowych do weryfikacji dawki in-vivo na potrzeby Zakładu Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii,
znak sprawy: K.C.O./PN/ 11 /2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Katowickie Centrum Onkologii informuje, że wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy, Zamawiający zaakceptuje detektory półprzewodnikowe stanowiące przedmiot zamówienia o aktywnej powierzchni pomiaru $0,64 \text{ mm}^2$ ($0,8 \times 0,8$) mm ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie, czy ilości detektorów stanowiących przedmiot zamówienia określone w rozdziale „Przedmiot zamówienia” (punkt 1 na str. 1 SIWZ, lit a), b) i c) oraz w Załączniku nr 2 do SIWZ (tabela) są ilościami, co do których Zamawiający gwarantuje, że zostaną zamówione w ramach zawartej umowy?

Odpowiedź:

Tak.

Zastępca Zarządzającego
Zakładem Radioterapii

dr n. fiz. Marcin Dybek

DYREKTOR
Katowickiego Centrum Onkologii

lek. med. Włodzimierz Migacz